

**SISTEMA DE IEC PARA RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS DE PRUEBA PARA EL ESQUEMA
CB DE EQUIPOS ELÉCTRICOS (IECEE)****CERTIFICADO DE PRUEBAS CB**

Producto	Cama medicalizada de altura regulable / Lit médical à hauteur variable
Nombre y dirección del solicitante	Hill-Rom S.A.S ZI du Talhouët 56330 PLUVIGNER Francia
Nombre y dirección del fabricante	Hill-Rom S.A.S ZI du Talhouët 56330 PLUVIGNER Francia
Nombre y dirección de la fábrica	☐ Información adicional en la página 2 Hill-Rom S.A.S ZI du Talhouët 56330 PLUVIGNER Francia
Valores y características principales Marca comercial (si la hay)	100-240 V~ 50/60 Hz 500 VA, clase I Hillrom
Fase utilizada en las instalaciones de pruebas del cliente (CTF) Ref. modelo / tipo	LI900B2 / CS900B2 LI900B3 / CS900B3 (Familia HILL ROM 900)
Información adicional (si es necesario también puede especificarla en la página 2)	☐ Información adicional en la página 2
Se probó una muestra del producto y se comprobó que estaba en conformidad con	IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-2-52:2009/AMD1:2015 Diferencias nacionales: CA, EE. UU. P208167-DEC/1; P176898-DE/1
Como se muestra en el n.º ref. del informe de pruebas que forma parte de este certificado	

Este Certificado de pruebas CB lo emite el Organismo Nacional de Certificación

Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE)
1 rue Gaston Boissier, FR-75724 Paris Cedex 15, Francia

[Firma]

[Firma]