

SISTEMA DE IEC PARA RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS DE PRUEBA PARA EL ESQUEMA CB DE EQUIPOS ELÉCTRICOS(IECEE)

CERTIFICADO DE PRUEBAS CB

Producto

Camas medicalizadas para entornos de aplicación 1, 2 y 5 + colchón terapéutico

Nombre y dirección del solicitante

Hill-rom S.A.S
ZI du
Talhout
56330
PLUVIGNER
Francia

Nombre y dirección del fabricante

Hill-rom S.A.S
ZI du
Talhout
56330
PLUVIGNER
Francia

Nombre y dirección de la fábrica

*Nota: Si hay más de una fábrica, indíquelo en la página 2*Hill-rom S.A.S
ZI du
Talhout
56330
PLUVIGNER
Francia☐ Información adicional en la página 2

Valores y características principales

230 V~ 50/60 Hz y 120 V~ 60 Hz - 500 VA

Nombre comercial/marca (si la hay)

Baxter

Fase utilizada en las instalaciones de pruebas del cliente (CTF)

Ref. modelo / tipo

Hill-Rom® 900 Accella™ Li900B4 / CS900B4000000
230 V~ 50/60 Hz y 120 V~ 60 Hz - 500 VA (cama)Hill-Rom® 900 Accella™ Li900B4 / CS900B4100915
230 V~ 50/60 Hz - 500 VA y 120 V~ 60 Hz - 500 VA (cama)
+ Accella™ Therapy MCM / P006789A (colchón) para configuración de 230 V
+ Accella™ Therapy MCM / P006792A (colchón) para configuración de 120 V

Información adicional (si es necesario también puede especificarla en la página 2)

Esta segunda modificación al certificado de pruebas CB FR/36616 original que se emitió el 16 de marzo de 2020 aborda las pequeñas modificaciones técnicas en el modelo Hill-Rom® 900 Accella™ Li900B4 certificado. No se ha realizado ninguna prueba complementaria. El informe de pruebas asociado P225797-DEC/1 es una enmienda del informe de las pruebas CB P185288-DE/ 1 original.

☐ Información adicional en la página 2

Se probó una muestra del producto y se comprobó que estaba en conformidad con

IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-2-52:2009/
AMD1:2015

Diferencias nacionales:

CA, CH, US

Como se muestra en el n.º ref. del informe de pruebas que forma parte de este certificado

P185288-DE/1, P216133-DEC/1, P225797-DEC/1

Este Certificado de pruebas CB lo emite el Organismo Nacional de Certificación

Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE)
1 rue Gaston Boissier Paris
Cedex 15, 75724 Francia

[Firma]



Fecha: 31 de enero de 2023

Firma: Pascal Prudhon